

Działdowo, dnia 28.09.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy!**

**Dot. 21/PN/SJ/22**

W związku z zapytaniem Wykonawców Zamawiający informuje:

**Zadanie 1 poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie strzykawki 20 ml pakowanej w opakowanie 80szt. z możliwością przeliczenia ceny.

Odpowiedź: TAK.

**Zadanie 1 poz. 6-8**

Prosimy o dopuszczenie strzykawek typu omnifix z zaświadczeniem producenta strzykawek o kompatybilności

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 1 poz. 18**

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,45 x 12 mm

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 1 poz. 21**

Czy zamawiający wymaga kaniuli wykonanych z podwójnie czyszczonego teflonu – PTFE?

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 1 poz. 21**

Prosimy o dopuszczenie kaniuli w podanych rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,05 x 45	270 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	180 ml/min
Biały	17 G	1,4 x 45	125 ml/min
Zielony	18 G	1,2 x 32 1,2 x 45	80 m/min
Różowy	20 G	1,0 x 32	54 ml/min
Niebieski	22 G	0,8 x 25	31 ml/min

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 1 poz. 24**

Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej o podanych parametrach:

- Wykonana z najlepszej jakości biokompatybilnego medycznego PUR
- Wyposażona w sześć pasków radiocieniujących – widoczna w RTG i USG
- Wyposażona w metalowy automatyczny mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem, w postaci zatrzasku na końcu igły
- Posiada filtr hydrofobowy, który zapobiega przeciekaniu krwi podczas kaniulacji
- Silikonowa zastawka w porcie iniekcyjnym zapobiega cofaniu się krwi
- Transparentna komora wpływu wstecznego zapewnia natychmiastową kontrolę poprawności wklucia.
- Skrzydełka oraz korek portu bocznego (iniekcyjnego) kodowany kolorystycznie
- Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi, prążkowany
- Gładka miękka, elastyczna powierzchnia
- Stożkowe zakończone cewnika jest ustawione osiowo ze skosem igły aby zapewnić łagodne przejście z igły do cewnika
- Elastyczne skrzydełka w pozycji złożonej z dziurkami umożliwiają zamocowanie kaniuli plasterem lub jej przyszycie co przekłada się na lepszą stabilizację kaniuli w żyłę,

*Bowp*

- Silikonizowana igła wykonana ze stali nierdzewnej, tylny szlif zapewnia ostrość igły co ułatwia wkłucie i poprawia komfort pacjenta podczas kaniulacji
- Nasadka chroni igłę i cewnik przed zanieczyszczeniem
- Minimalny opór podczas zabiegu iniekcyjnego spowodowany niskim współczynnikiem tarcia
- Cienkie ścianki cewnika pozwalają na maksymalny przepływ płynów
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna
- Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem
- Na opakowaniu jednostkowym zawarta m.in. informacja o średnicy, długości kaniuli, przepływach; dacie ważności, nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula
- Nie zawiera plastyfikowanego PVC, lateksu, DEHP
- Opakowanie handlowe – 50 sztuk

Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar mm	Długość mm
14G	Orange	270	2.10	45
16G	Grey	200	1.80	45
17G	White	140	1.50	45
18G	Green	85	1.30	32
18G	Green	85	1.30	45
20G	Pink	55	1.10	32
22G	Blue	33	0.90	25
24G	Yellow	18	0.70	19

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 1 poz. 24**

Prosimy o dopuszczenie kaniuli z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 1 poz. 26**

Prosimy o dopuszczenie kaniuli do przelewania pakowanej w opakowania po 100 szt z możliwością przeliczenia

Odpowiedź: TAK.

**Zadanie 1 poz. 26**

Prosimy o dopuszczenie kaniuli do przelewania pakowanej w opakowania po 200 szt z możliwością przeliczenia

Odpowiedź: TAK.

**Zadanie 1 poz. 29**

Prosimy o dopuszczenie nakłuwaczy w rozmiarze 21G x 2,4 mm w kolorze zielonym

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 1 poz. 29**

Prosimy o odstąpienie od wymogu nakłuwaczy 21G x 1,8 mm oraz 2,4 mm z zapisem określonej ilości próbki krwi

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 1 poz. 29**

Prosimy o dopuszczenie zastawki jednokierunkowej pakowanej w opakowania po 250 szt. z możliwością przeliczenia.

Odpowiedź: TAK.

**Zadanie 1 poz. 31**

Prosimy o dopuszczenie igły do portu z motylkiem o podanych parametrach: Igły jednorazowego użytku, nietoksyczne i niepirogenne, przeznaczone do pobierania krwi, krótkotrwałych infuzji/transfuzji lub dożylnego podawania leków. Wysoka jakość igły sprawia, iż

*poz. 24*



podczas zabiegów dyskomfort pacjenta zredukowany jest do minimum. Środek wytworzony został z przezroczystego materiału, który ułatwia wzrokowo kontrolować przepływ leku bądź krwi. Igła wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Igła wykonana jest z medycznego materiału, nieszkodliwego, długość igły 20 mm, dren o długości 30 cm. Spełnia wymagania regulacji EN ISO13485:2012 z zakończeniem Luer – Lock. Opakowanie jednostkowe – typu „peel-back” papier-folia, gwarantujące sterylność. Metoda sterylizacji: ETO – tlenek etylenu, gwarancja 5 lat. Pakowane po 100 sztuk.

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 1 poz. 32**

Prosimy o dopuszczenie strzykawki niecentrycznej

Odpowiedź: Zamawiający wymaga asortymentu o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 do oferty SWZ.

**Zadanie 2 poz. 1-5, 8, 9,**

Prosimy o odstąpienie od wymogu tego samego producenta.

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 2 poz. 1-3**

Prosimy o odstąpienie od wymogu oświadczenia producenta o braku PCV.

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 2 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń wykonanego z medycznego PCV

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 2 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie przyrządu pakowanego w opakowania typu folia.

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 2 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń wykonanego z medycznego PCV

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 2 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie przyrządu pakowanego w opakowania typu folia.

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 2 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie przyrządu z drenem o dł. 1800 mm.

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 2 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń krwi wykonanego z medycznego PCV.

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 2 poz. 4-5**

Prosimy o dopuszczenie przedłużaczy do pomp o dł. 150 cm

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 2 poz. 9**

Prosimy o dopuszczenie przedłużaczy do pomp o dł. 25 cm

Odpowiedź: NIE.

**Zadanie 4 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie nebulizatora z maską i przewodem tlenowym.

Odpowiedź: NIE.

Zamawiający

2 up.  
KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
SP ZOZ  
mgr Monika Bownik