

Dziąldowo, dnia 08.11.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy!**

**Dot. 26/TP/SJ/22**

W związku z zapytaniami Wykonawców Zamawiający informuje:

**Dotyczy zadania nr 2:**

1. Czy Zamawiający w **pozycji 33** dopuści łyżki do laryngoskopu typu Macintosh w rozmiarach:
- dla dzieci Mac 2 (100x18mm);
  - dla dorosłych Mac 3 (130x18mm);
  - dla dorosłych duża Mac 4 (153x18mm);
- Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: TAK.

2. . Czy Zamawiający w **pozycji 34** dopuści łyżki do laryngoskopu typu Miller w rozmiarach:
- dla wcześniaków Mil 00 (65x12mm);
  - noworodkowa Mil 0 (79x12mm);
  - niemowlęca Mil 1 (105x13mm);
- Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: TAK.

Zamawiający

z up.   
KIEROWNIK  
Sektora Zamówień Publicznych  
mgr M. Kozłowski